


# サンプルプレート

## REVISION HISTORY

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED



2 X 3.4キリ  $\sphericalangle$   $\phi$ 6.5  
(M3用皿モミ加工)

t = 2  
材質: SUS304  
2B材使用  
厚みは素材のなり

- ※図中の点線箇所にケガキ線を引く(10 mm間隔)
- ※図中の数字の位置に数字を打刻する
- ※ケガキ線及び数字への墨入れは必要ありません

	NAME	DATE	あいちシンクロトロン光センター		
DRAWN	Hiroshi Oji	2022/07/12	TITLE		
CHECKED			大気圧XAFSチェンバー用試料ホルダー		
ENG APPR			SIZE	DWG NO	REV
MGR APPR			A4	HO-20220712-1	00
指示なき場合の公差: JIS中級 指示無き角部糸面			FILE NAME: sample holder 200712_Oji.dft		
			SCALE: 1:1	WEIGHT:	SHEET 1 OF 6